Mobility

DMI
Duro-Med Industries

Folding
TRANSPORT CHAIR

Instruction Manual
Model 501-1058-0200

FOLDED

CAUTION
This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions.

Safety **Security** **Durability**

1-YEAR LIMITED WARRANTY

Your Duro-Med Industries (DMI) Folding Transport Chair is guaranteed to be free of manufacturing defects for a period of one year from the date of purchase under normal use. This limited warranty does not apply to use in any clinical or commercial applications. If the unit fails to operate during the warranty period, return it postage prepaid along with a copy of the original dated purchase receipt and $10.00 for return shipping and insurance to: MABIS Healthcare, Attn: Repair Department, 1931 Norman Drive South, Waukegan, IL 60085. When returning a product, please also include a letter with your name, address, phone number and brief description of the specific problem. Please carefully package the product to avoid any damage that may occur during transit. If DMI determines that the unit failed to operate due to a manufacturing defect, the unit will be repaired or replaced at the option of DMI. Repair or replacement of the unit is the sole remedy under this limited warranty. This warranty gives you specific legal rights, which vary from state to state.

Parts or materials which are subject to normal wear resulting from the use of this product, and which must be replaced or repaired due to such normal wear, are the owner's responsibility and are not covered by this warranty.

Products which have been subject to negligence, abuse, improper storage or handling, improper operation, unauthorized modifications or damages beyond reasonable control are not covered by this warranty.

This limited warranty constitutes DMI's only responsibility and obligation to repair and/or replace materials or components. We make no other express or implied warranties, arising by operation of law or otherwise, or any warranty of merchantability or fitness for a particular use or purpose whether or not the use or purpose has been disclosed to DMI in specifications, drawings or otherwise, and whether or not DMI's products are specifically designed and/or manufactured by DMI for the buyer's use or purposes, except for the limited warranty stated above. DMI will not be responsible for any indirect, incidental, special, consequential, or punitive damages or other loss, including, but not limited to, damage to or loss of other property or equipment and personal injuries, whether to purchaser or others. DMI shall in no event be liable to the purchaser for any amount in excess of the cost of repair and/or replacement of the unit. This limited warranty supercedes any other warranty expressly written or implied.

WARNING! READ BEFORE USING

This unit is not intended to be used as a wheelchair. At regular intervals, check and tighten all fasteners and hinged parts. Check all plastic parts often for wear. Units are not designed to assist users from a sitting to a standing position. The brakes are not designed to withstand excessive pressure.

Failure to observe this warning may result in injury.

CAUTION! CHECK BRAKES BEFORE USING

Always check your brakes before using your transport chair. Keep brakes in excellent condition at all times. Always check for loose parts and cleanliness. It is best to keep your transport chair fully assembled at all times.

Specifications subject to change without notice.

Distributed by:

Duro-Med Industries
Div. of DMS Holdings Inc.
1931 Norman Drive South
Waukegan, IL 60085 USA
www.duromed.com

Made in China

Toll-Free Customer
Care Help Line
877-505-6190
Monday-Friday
8:00 a.m. - 4:30 p.m. CST

#910-1058-0200 08/08
©2008 Duro-Med Industries

PARTS AND SPECIFICATIONS

501-1058-0200

SPECIFICATIONS

Overall Width: 22-1/2"
Wheels: 7-1/2"
Handle Height: 36"
Armrest Height: 27-1/4"
Width Between Armrests: 17-1/4"
Seat: 17-1/2" x 18"
Seat Height: 19"
Weight: 20-1/2" lbs. (with footrests)
Weight Capacity: 250 lbs.

IMPORTANT! Read all instructions before assembly and/or use of this transport chair.

Fig. 1

Fig. 2


Fig. 3

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY

Parts for Assembly: Transport chair and two adjustable footrests

1. Carefully unzip the carrying case and gently pull all parts of the Folding Transport Chair out of the bag, Fig. 1.
2. Place the folded transport chair upright as shown in Fig. 2.
3. Completely unfold the leg rigging tubes as shown in Fig. 3.
4. Halfway unfold the backrest until it is parallel with the ground Fig. 3. **NOTE:** The swing down armrests may be wrapped around the brake handles for shipping purposes. Be sure to free both armrests before unfolding the transport chair.
5. Grasp two diagonal corners of the chair legs, and firmly pull apart, Fig. 4. Make sure the seat is completely flat and taut.
6. Flip up the backrest, Fig. 5, and push the top of the backrest toward the chair until the silver pins snap into the openings on the frame.
7. Firmly pull up on the armrests until they snap into the armrest supports. Be sure the pins are completely and securely locked into position. Repeat this step for the other armrest. **NOTE:** If the seat is not completely flat and taut before attaching the armrests, you may need to grasp the armrest with one hand and place the other hand on the front leg. Pull up on the armrest while at the same time push forward on the front leg as shown in Fig. 6. Be sure the spring loaded locking pin locks into place.
8. To attach the leg riggings, squeeze the locking pins and insert the riggings into the leg tubing. Make sure the silver pins lock into place at the appropriate height. Repeat this step for the other leg rigging. **NOTE:** The post that anchors the nylon foot strap to the footrest should always face toward the inside of the transport chair. For your safety, both leg riggings must always be locked into the same height position and all pins must be pushed completely through the pinholes before using.
9. Flip up footrests before patient sits in chair. Fasten the seatbelt and flip down footrests. Position patient's feet in front of nylon straps.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

USE OF NEW FOLDING TRANSPORT CHAIR

BEFORE USE, PLEASE READ ALL CAUTION AND WARNING LABELS ON THE TRANSPORT CHAIR

MAINTENANCE

Always make sure the brake levers are operating correctly before use. Keep the brake levers free from dirt, dust and grime. Build-up of particles could cause the brakes to engage improperly. Periodically check and tighten all nuts, bolts, screws and other hardware on transport chair.

BRAKING

The braking levers should be engaged anytime someone is sitting in the chair and not in motion. To engage the brake, press down on the brake levers located above the rear tires. To release brake, pull lever away from tires.

TRANSPORT AND STORAGE INSTRUCTIONS

1. Squeeze the silver locking pins on the footrests and completely remove the footrests, Fig. 1. Fold up both of the leg tubes.
2. Pull back on the release knob of the armrests to disengage the lock and fold armrests down, Fig. 2.
3. Push down on the release buttons located at the back of the chair to fold down the backrest, Fig. 3.
4. Standing next to the chair, use both hands to firmly grasp both sides of the seat and lift up until the chair begins to fold, Fig. 4.
5. Grasp two diagonal corners of the chair legs, and firmly push together until the chair is completely folded, Fig. 5.
6. Place the Folded Transport Chair and leg riggings back into the black carrying case, Fig. 6.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4



Fig. 5

Fig. 6

Mobility

DMI
Duro-Med Industries

Silla de
TRANSPORTE PLEGABLE

Manual De Instrucción
Model 501-1058-0200

FOLDED

PRECAUCION
Este producto contiéne hule natural latex que puede

Safety **Security** **Durability**

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

ricación por un período de un año a partir de la fecha de compra y en condiciones de uso normal. Esta garantía limitada no aplica al uso clínico o comercial. Si esta unidad no funciona durante la garantia, devuela la unidad postado pagado con copia del recibo, original y $10.00 para regreso y seguridad a: MABIS Healthcare, Attn: Departmento de repara, 1931 Norman Drive South, Waukegan, IL 60085. En regresar el producto, favor de incluyír una carta con su nombre, direccion, numero de telephon y una, descripcion sensilla de la problema specifica. Cuidadosamente por favor empaque el producto para evitar cualquier daño que puede ocurrír durante transito. Si DMI determina que la unidad dejó de funcionar debido a un defecto de fabricación, DMI optará por cambiarla o repararla. La reparación o cambio de la unidad es el único recurso que contempla esta garantía limitada. Esta garantía le brinda derechos legales específicos que varían de estado a estado.

Las partes o los materiales que son sujetos al uso normal que es resultado del empleo de este producto, y que debe ser reemplazado o reparados debido al uso normal, son la responsabilidad del dueño y no son cubiertos según esta garantía.

Los productos que han sido sujetos a la negligencia, el abuso, el almacenaje impropio o el manejo, de operación impropia, modificaciones no autorizadas o daño y perjuicios más allá de el control razonable no son cubiertos según esta garantía.

Esta garantía limitada constituye la única responsabilidad y obligación de DMI de reparar y/o cambiar materiales o componentes. No otorgamos otras garantías expresas o implícitas, que surjan de la operación de la ley o de otra manera, o cualquier garantía de comerciabilidad o adaptabilidad para un uso o propósito específico, ya fuera o no que el uso o propósito hubiese sido divulgado a DMI en especificaciones, dibujo o de otra manera, y ya fuera o no que los productos de DMI hubiesen sido específicamente diseñados y/o fabricados por DMI para el uso o propósito del comprador, excepto por la garantía limitada indicada anteriormente. DMI no será responsable por los daños indirectos, incidentales, especiales, consecuentes o punitivos, u otras pérdidas, incluyendo, sin limitación, daños o pérdidas de otros bienes o equipos y lesiones personales, ya sea al comprador o a otros. DMI no será de ninguna manera responsable frente al comprador por cualquier monto que supere el costo de reparación y/o cambio de la unidad. Esta garantia limitada reemplaza cualquier otra garantia expresamente escrita insinúa.

¡ADVERTENCIA! LEA ANTES DE USAR

Esta unidad no es querida para ser usado como una silla de ruedas. A intervalos regulares, comproba y apriete todos los sujetadores y partes de la bisagra. Compruebe todas las partes plásticas a menudo para uso.

Esta unidad no ha sido diseñada para asistir a usuarios que esten de pie a la posición sentada. Los frenos no son diseñados para soportar la presión excesiva.

Omitir estas observaciones de advertencia puede causar una herida.

¡CUIDADO! REVISE FRENOS ANTES DE USARLO

Siempre revise sus frenos antes de usar su silla de transporte. Cuide sus frenos en excelentes condiciones todo el tiempo. Siempre revise por partes flojas y limpieza. Lo mejor es mantener su silla de transporte en buen estado todo el tiempo.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fabricado por:
Duro-Med Industries
Div. of DMS Holdings Inc.
1931 Norman Drive South
Waukegan, IL 60085 USA
www.duromed.com

Hecho en China

Línea para Llamadas con Pago Revertido de Ayuda de Cuidados para Clientes
877-505-6190
Lunes-Viernes
8:00 a.m. - 4:30 p.m. CST
#910-1058-0200 08/08
©2008 Duro-Med Industries

PARTS AND SPECIFICATIONS

501-1058-0200

Especificaciones

Ancho Apróximado: 22-1/2"
Ruedas: 7-1/2"
Maneje la Altura: 36"
Altura de Apoyabrazos: 27-1/4"
La Anchura entre Apoyabrazos: 17-1/4"
Asiento: 17-1/2" x 18"
Altura del Asiento: 19-1/2"
Peso: 20-1/2 lbs. (Incluidos los Apouapies)
Capacidad: 250 lbs.

¡IMPORTANTE! Lea todas las instrucciones antes de ensamblar y/o usar esta silla de transporte.

Fig. 1

Fig. 2

INSTRUCCIONES DE EMSAMBLE:

Fig. 3

Partes de Emsamble: Silla de transporte, dos (2) apoyapies ajustables

1. Con cuidado baje el cierre del estuche y suavemente quite todas las piezas de la Silla de Transporte Plegable de la bolsa, Fig. 1.
2. Coloque la silla de transporte plegada en posición vertical como se muestra en la Fig. 2.
3. Despliegue por completo los tubos de los aditamentos de las patas como se muestra en la Fig. 3.
4. Despliegue por la mitad el respaldo hasta que quede paralelo al piso, Fig. 3. NOTA: Para facilitar su traslado, los apoyabrazos giratorios pueden enroscarse alrededor de las asas de freno. Asegúrese de liberar ambos apoyabrazos antes de desplegar la silla de transporte.
5. Tome dos esquinas de las patas de las sillas en forma diagonal y sepárelas con firmeza, Fig. 4. Asegúrese de que el asiento esté completamente plano y tirante.
6. Levante el respaldo, Fig. 5 y empuje la parte superior del respaldo hacia la silla hasta que los pernos de plata calcen en las aberturas de la estructura.
7. Firmemente levante los reposabrazos hasta que calcen en los porta-apoyabrazos. Asegúrese de que los pernos estén trabados en forma total y segura. Repita este paso para el otro apoyabrazos. NOTA: Si el asiento no está completamente plano y tirante antes de colocar los reposabrazos, deberá tomar el apoyabrazos con una mano y colocar la otra mano en la pata delantera. Levante el apoyabrazos al mismo tiempo que empuja hacia delante la pata delantera como se muestra en la Fig. 6. Verifique que la traba de resortes cierre correctamente.
8. Para colocar los aditamentos de las patas, apriete la traba e inserte los aditamentos en los tubos de las patas. Asegúrese de que los pernos de plata queden correctamente colocados a la altura apropiada. Repita este paso para los aditamentos de la otra pata. NOTA: El poste que sujeta la correa de nylon para los pies a los apoyapies siempre debe mirar hacia adentro de la silla de transporte. Para su seguridad, los aditamentos de ambas patas deben estar trabados a la misma altura y todos los pernos deben empujarse completamente a través de los orificios antes de su uso.
9. Levante los apoyapies antes de que el paciente se siente en la silla. Ajuste el cinturón y baje los apoyapies. Coloque los pies del paciente en frente de las correas de nylon.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

USO DE SILLA DE TRANSPORTE

ANTES DE USAR, FAVOR LEA TODAS PRECAUCIONES Y ETIQUETAS DE ADVERTENCIA

MANTENIMIENTO

Siempre verifique que las palancas de freno funcionen correctamente antes de su uso. Mantenga las palancas de freno libres de tierra, polvo y suciedad. La acumulación de partículas podría hacer que los frenos no enganchen correctamente. Periódicamente revise y ajuste todas las tuercas, pernos, tornillos y otras piezas de ferretería de la silla de transporte.

FRENOS

Siempre coloque los frenos en posición cuando alguien esté sentado en la silla y la silla no está en movimiento. Para colocar el freno en posición, presione hacia abajo en las palancas de freno ubicadas encima de las ruedas traseras. Para soltar el freno, tire de la palanca hacia fuera de las ruedas.

INSTRUCCIÓNES PARA GUARDAR LA SILLA DE TRANSPORTE

1. Apriete los pernos de plata sobre los apoyapies y quite los apoyapies por completo. Pliegue los tubos de ambas patas, Fig. 1.
2. Hale hacia atrás la perilla de liberación de los apoyabrazos para abrir la cerradura y luego pliegue los reposabrazos hacia abajo, Fig. 2.
3. Empuje hacia abajo los botones de liberación ubicados en la parte trasera de la silla para plegar el respaldo, Fig. 3.
4. Párese al lado de la silla y con ambas manos tome firmemente los lados del asiento y levante hasta que la silla comience a plegarse, Fig. 4.
5. Tome dos esquinas de las patas de la silla diagonalmente y júntelas con firmeza hasta que la silla quede plegada completamente, Fig. 5.
6. Coloque la Silla de Transporte Plegable y los aditamentos de las patas en el estuche negro, Fig. 6.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4



Fig. 5

Fig. 6